

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Сальске (филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Сальске)

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Сальске

Юридический адрес: 344019, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, 7-я линия ул, дом 67, тел.: (863) 251-04-92

e-mail: master@donses.ru

ОГРН 1056167011944 ИНН 6167080156

Адреса мест осуществления деятельности: 347570, РОССИЯ, Ростовская область, Песчанокопский район, село Песчанокопское, ул. Суворова, 10, тел.: +78637391413, e-mail: nadegda@peschan.donpac.ru; 347510, РОССИЯ,

Ростовская область, Орловский район, поселок Орловский, ул. Пионерская, д. 63А, тел.: +78637532654, e-mail: cgsn@orlovsky.donpac.ru; 347636, РОССИЯ, Ростовская обл., г. Сальск, ул. Николая Островского, 3,

тел.: +78637256167, e-mail: sal@donses.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом - врач-лаборант,
Руководитель ИЛЦ



И.И. Остапенко
21.06.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 61-00-26/09441-24.В - 61-00-26/09448-24.В от 21.06.2024

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ" (ИНН 2326008175 ОГРН 1062326005840)

2. Юридический адрес: 353067, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ Р-Н БЕЛОГЛИНСКИЙ, П ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, УЛ СОВЕТСКАЯ, 2

Фактический адрес: Краснодарский край, р-н Белоглинский, п Центральный, ул Советская, 2

3. Наименование образца испытаний:

Проба № 61-00-26/09441-24.В - вода источника централизованного водоснабжения,
Проба № 61-00-26/09442-24.В - вода источника централизованного водоснабжения,
Проба № 61-00-26/09443-24.В - вода источника централизованного водоснабжения,
Проба № 61-00-26/09444-24.В - вода источника централизованного водоснабжения,
Проба № 61-00-26/09445-24.В - вода источника централизованного водоснабжения,
Проба № 61-00-26/09446-24.В - вода источника централизованного водоснабжения,
Проба № 61-00-26/09447-24.В - вода источника централизованного водоснабжения,
Проба № 61-00-26/09448-24.В - вода источника централизованного водоснабжения

4. Место отбора:

Проба № 61-00-26/09441-24.В - артскважина №6795, Краснодарский край, р-н Белоглинский, п Магистральный, ул Северная, д. 2, а,
Проба № 61-00-26/09442-24.В - артскважина №7076 СТФ, Краснодарский край, р-н Белоглинский, п Восточный, южная сторона поселка,
Проба № 61-00-26/09443-24.В - артскважина №27, Краснодарский край, р-н Белоглинский, п Садовый, ул Мира, 27,
Проба № 61-00-26/09444-24.В - артскважина №29, Краснодарский край, р-н Белоглинский, п Центральный, ул Степная,
Проба № 61-00-26/09445-24.В - артскважина №7510, Краснодарский край, р-н Белоглинский, п Центральный, ул Белоусова, д. 2, б, Орешник,
Проба № 61-00-26/09446-24.В - артскважина №7581 Желтая, Краснодарский край, р-н Белоглинский,
Проба № 61-00-26/09447-24.В - артскважина №6319, Краснодарский край, р-н Белоглинский, п Селекционный, западная сторона поселка,

Протокол испытаний № 61-00-26/09441-24.В - 61-00-26/09448-24.В от 21.06.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ (ИЛЦ)

Проба № 61-00-26/09448-24.В - артскважина № 4497, Краснодарский край, р-н Белоглинский, п Селекционный

5. Условия отбора:

Дата и время отбора:

Пробы № 61-00-26/09441-24.В - 61-00-26/09448-24.В - 19.06.2024 10:00 - 14:00

Ф.И.О., должность: Стадникова И.М., врач по общей гигиене отделения гигиены и эпидемиологии в Песчанокопском районе отдела гигиены и эпидемиологии филиала ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" в г. Сальске

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами 4.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.06.2024 14:20, 19.06.2024 15:00

Информация о плане и методе отбора:

Пробы № 61-00-26/09441-24.В - 61-00-26/09448-24.В - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, заявка №26-01-24/966 от 18.06.2024, протокол (акт) отбора №09.6-06/1206.1 от 19.06.2024

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 61-00-26/09441-3Б-24, 61-00-26/09442-3Б-24, 61-00-26/09443-3Б-24, 61-00-26/09444-3Б-24, 61-00-26/09445-3Б-24, 61-00-26/09446-3Б-24, 61-00-26/09447-3Б-24, 61-00-26/09448-3Б-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

10. Оборудование (при необходимости):


№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	pH-метры и иономеры, pH-150МИ	2238
2	Весы лабораторные, ВК-150.1	044055
4	Термометр стеклянный технический, ТТ	458
5	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80	8203

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований в Песчанокопском районе Регистрационный номер пробы 61-00-26/09441-24 Образец поступил 19.06.2024 14:20 Место осуществления деятельности: 347570, РОССИЯ, Ростовская область, Песчанокопский район, село Песчанокопское, ул. Суворова, 10 дата начала испытаний 19.06.2024 14:40, дата окончания испытаний 21.06.2024 14:15					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований в Песчанокопском районе Регистрационный номер пробы 61-00-26/09442-24 Образец поступил 19.06.2024 14:20 Место осуществления деятельности: 347570, РОССИЯ, Ростовская область, Песчанокопский район, село Песчанокопское, ул. Суворова, 10 дата начала испытаний 19.06.2024 14:40, дата окончания испытаний 21.06.2024 14:17					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований в Песчанокопском районе Регистрационный номер пробы 61-00-26/09443-24 Образец поступил 19.06.2024 14:20 Место осуществления деятельности: 347570, РОССИЯ, Ростовская область, Песчанокопский район, село Песчанокопское, ул. Суворова, 10 дата начала испытаний 19.06.2024 14:40, дата окончания испытаний 21.06.2024 14:19					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3
<p>Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований в Песчанокопском районе Регистрационный номер пробы 61-00-26/09444-24 Образец поступил 19.06.2024 14:20 Место осуществления деятельности: 347570, РОССИЯ, Ростовская область, Песчанокопский район, село Песчанокопское, ул. Суворова, 10 дата начала испытаний 19.06.2024 14:40, дата окончания испытаний 21.06.2024 14:20</p>					
1	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3
<p>Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований в Песчанокопском районе Регистрационный номер пробы 61-00-26/09445-24 Образец поступил 19.06.2024 14:20 Место осуществления деятельности: 347570, РОССИЯ, Ростовская область, Песчанокопский район, село Песчанокопское, ул. Суворова, 10 дата начала испытаний 19.06.2024 14:40, дата окончания испытаний 21.06.2024 14:21</p>					
1	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3
<p>Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований в Песчанокопском районе Регистрационный номер пробы 61-00-26/09446-24 Образец поступил 19.06.2024 14:20 Место осуществления деятельности: 347570, РОССИЯ, Ростовская область, Песчанокопский район, село Песчанокопское, ул. Суворова, 10 дата начала испытаний 19.06.2024 14:40, дата окончания испытаний 21.06.2024 14:37</p>					
1	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3
<p>Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований в Песчанокопском районе Регистрационный номер пробы 61-00-26/09447-24 Образец поступил 19.06.2024 14:20 Место осуществления деятельности: 347570, РОССИЯ, Ростовская область, Песчанокопский район, село Песчанокопское, ул. Суворова, 10 дата начала испытаний 19.06.2024 14:40, дата окончания испытаний 21.06.2024 14:39</p>					
1	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3
<p>Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований в Песчанокопском районе Регистрационный номер пробы 61-00-26/09448-24 Образец поступил 19.06.2024 14:20 Место осуществления деятельности: 347570, РОССИЯ, Ростовская область, Песчанокопский район, село Песчанокопское, ул. Суворова, 10 дата начала испытаний 19.06.2024 14:40, дата окончания испытаний 21.06.2024 14:40</p>					
1	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3

Ответственный за оформление протокола:  Хребтова И.В. помощник врача по общей гигиене
(подпись)

Конец протокола испытаний № 61-00-26/09441-24.В - 61-00-26/09448-24.В от 21.06.2024